

September 23rd, 2021**Product code / Código de producto:** MK200**Product description / Descripción de producto:** Marker with indicator ink for Steam sterilization processes, type 1 (ISO 11140-1). / Marcador con tinta indicadora para procesos de esterilización por Vapor, tipo 1 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10420**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-09**Transition color / Color de Transición:** Turns to Red / Vira a Rojo

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10420** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10420** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO