



October 2nd, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MK200

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: MK200021014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to Purple / Vira a Púrpura

Process specification / Especificaciones de proceso: 2 min., 134 °C // 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **MK200021014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **MK200021014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO