

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 17th, 2017**Product code / Código de Producto:** MK200**Product description / Descripción de producto:** Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de Lote:** MK200150217**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2017-08**Transition color / Color de Transición:** Turns to Red/ Vira a Rojo**Process specification / Especificaciones de proceso:** 2 min., 134 °C // 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK200150217** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **MK200150217** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO