



January 26<sup>th</sup>, 2015

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** MK200

**Product description / Descripción de producto:** Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de Lote:** MK200210115

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2015

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2016

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Purple / Vira a Púrpura

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 2 min., 134 °C // 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **MK200210115** metes the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **MK200210115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO