



May 6th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: SK200 (Stérilys)

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: SK200050516

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.05.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.11.16

Transition color / Color de Transición: Turns to Red/ Vira a Rojo

Process specification / Especificaciones de proceso: 2 min., 134 °C // 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **SK200050516** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **SK200050516** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO