

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 04th, 2017Product code / Código de producto: MK35

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Dry Heat sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: MK35030717Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-07Transition color / Color de Transición: Turns to Light Brown / Vira a Marrón ClaroProcess specification / Especificaciones de proceso: 40 min., 160 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and ISO 11140-1:2014. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **MK35030717** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **MK35030717** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO