



December 24th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MK35

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Dry Heat sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Calor Seco. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: MK35080715

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to Light Brown / Vira a Marrón Claro

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **MK35080715** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **MK35080715** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO