

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 31st, 2017Product code / Código de producto: MK43

Product description / Descripción de producto: Marker with indicator ink for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Marcador con tinta indicadora para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peroxido de Hidrogeno. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: MK43180717Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-07Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira al VerdeProcess specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK43180717** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **MK43180717** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO