



August 12th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MK43

Product description / Descripción de producto: Marker with indicator ink for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Marcador con tinta indicadora para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: MK43030816

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-08

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2017-08

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira al Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK43030816** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **MK43030816** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO