



August 4<sup>th</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** MK43

**Product description / Descripción de producto:** Marker with indicator ink for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> plasma or vapor sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Marcador con tinta indicadora para procesos de esterilización por plasma o vapor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de Lote:** MK43240516

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-05

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2017-05

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira al Verde

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **MK43240516** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **MK43240516** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO