

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 30th, 2018Product code / Código de producto: MK50

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Formaldehyde sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Formaldehído. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: MK50201118Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2019-11Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira al VerdeProcess specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK50201118** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **MK50201118** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO