



November 26th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MK50

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Formaldehyde sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Formaldehído. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: MK50261114

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira al Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK50261114** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **MK50261114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO