

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 17th, 2018

Product code / Código de producto: PCD-A-18.0

Product description / Descripción de producto: Test strip with chemical indicator for use in Helix-PCD system. (strips in sheets pre-punched of 10 units) Type 2 (ISO 11140-1:2014). / Tira de prueba con indicador químico para utilización en sistema Helix-PCD. (Tiras en láminas pre-troqueladas de 10 unidades) Tipo 2 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: PCDA18080518

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-05

Transition color / Color de Transición: Turns to Green. / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 18.0 min., 134 °C, STEAM. Validated in a Helix-PCD device / 18.0 min., 134 °C, VAPOR. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP e ISO 11140-1. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **PCDA18080518** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **PCDA18080518** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO