TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

26-08-11

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: PCD-A-7.0

Product description / Descripción de producto: Bowie- Dick simulation test for use in Helix-PCD system (strips in sheets pre-punched of 10 units) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009)/ Test de simulación de Bowie- Dick para utilización en sistema Helix-PCD (Tiras en láminas pretroqueladas de 10 unidades) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: PCD-A-7.0 08.2011
Manufacture date / Fecha de fabricación: 8.2011
Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to black/ Vira al negro
Process specification / Especificaciones de proceso: 7.0 min 134 ºC, STEAM. Validated in a Helix-PCD device/ 7.0 min 134 ºC, VAPOR. Validado en dispositive o Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **PCD-A-7.0 08.2011** meets the specifications under USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **PCD-A-7.0 08.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Terragene S.R.L.
Catamarca 2518 - S2000JRH Rosario - Santa Fe - Argentina - Tel.: +54 341 4362015 - www.terragene.com.ar