



October 14th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: PCD-A-E1

Product description / Descripción de producto: Chemical strips for use in Helix-PCD system for ethylene oxide (strips in sheets pre-punched of 10 units). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Tiras químicas para utilización en sistema Helix-PCD para óxido de etileno (Tiras en láminas pre-troqueladas de 10 unidades). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: PCDAE1061014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 240 min., 54 °C, 600mg/l EO, 60% RH.
Validated in a Helix-PCD device / 240 min., 54 °C, 600mg/l OE, 60% HR. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **PCDAE1061014** meets the specifications under USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **PCDAE1061014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO