

April 25<sup>th</sup>, 2025**Product code / Código de producto:** PCD-A-E1**Product description / Descripción de producto:** Test strip with chemical indicator for use in Helix-PCD system for Ethylene Oxide sterilization processes (strips in sheets pre-punched of 10 units). Type 2 (ISO 11140-1:2014). / Tira de prueba con indicador químico para utilización en sistema Helix-PCD para procesos de esterilización por Óxido de Etileno (tiras en láminas pre-troqueladas de 10 unidades). Tipo 2 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50177**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to Green / Vira a Verde**Process specification / Especificaciones de proceso:** 240 min., 54 °C, 600mg/l EO, 60% RH. Validated in a Helix-PCD device. / 240 min., 54 °C, 600mg/l OE, 60% HR. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with ISO 11140-1:2014 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a la normativa ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **B50177** meets the specifications under ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50177** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 11140-1:2014.

  
**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO