



04-09-2012

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: PCD-A-F1

Product description / Descripción de producto: Chemical strips for use in Helix-PCD system for Formaldehyde (strips in sheets pre-punched of 10 units) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009)/
Tiras químicas para utilización en sistema Helix-PCD para Formaldehído (Tiras en láminas pretroueladas de 10 unidades) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: PCD-A-F1062012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to green/ Vira a verde

Process specification / Especificaciones de proceso: For LTSF formaldehyde processes.

Validated in a Helix-PCD device/ Para procesos por formaldehído VBTF. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **PCD-A-F1062012** meets the specifications under USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **PCD-A-F1062012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO