

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 9th, 2020

Product code / Código de Producto: BD8948X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie-Dick Test Card for Steam sterilization processes. Type 2 (according to ISO 11140-1). / Tarjeta de Prueba de Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BD8948X1170220

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-02

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-02

Transition color / Color de Transición: Turns to green. / Vira a verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4.0 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD8948X1170220** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 regulation. / El lote de producto **BD8948X1170220** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO