

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 5<sup>th</sup>, 2019

Product code / Código de producto: CD227

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD227241019

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-10

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-10

Transition color / Color de Transición: Turns to brown or darker. / Vira a marrón o más oscuro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C. // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD227241019** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD227241019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO